

**ANNEXE TECHNIQUE**  
**Rév: 00 (30-05-2023)**  
**Certificat d'accréditation**  
**N° 1-2-058 Rév 00**

L'Organisme Algérien d'Accréditation atteste que :

**Nom : ELSEWEDY CABLES ALGERIA**  
**Adresse : Zone Industrielle N° 108 Ain defla 44000**

Satisfait aux exigences de la norme ISO/ IEC 17025 version 2017 et aux règles d'application d'ALGERAC pour les activités d'essais électriques et essais non électriques, pour son site et unité technique suivants :

<b>SITE CONCERNE</b>	<b>Laboratoire d'essai ELSEWEDY CABLES ALGERIA.</b> <b>Adresse : Zone Industrielle N° 108 Ain defla 44000.</b> <b>Contact : MM.HAMMADOUCHE Naima</b> <b>Tél : 0770.27.14.31</b> <b>Fax :/</b> <b>E-mail : N.Hamadouche@elsewedy.com</b>
----------------------	--

**Unité technique concernée :**

- Essais électriques et essais non électriques.

L'accréditation suivant la norme ISO/IEC 17025 est la preuve que le laboratoire répond aux exigences techniques et aux exigences du système de management, nécessaires pour fournir des résultats techniquement valides (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF avril 2017).

**Date de prise d'effet le : 30/05/2023**  
**Date de fin de validité le : 29/05/2026**

**Pour le Directeur Général et par délégation**  
**Cheffe département des laboratoires essais**  
**IZEBBOUDJEN Rekia**

*Cette annexe peut faire l'objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe précédemment émise*

- **Unité technique: Essais électriques et essais non électriques.**

<b>Génie électrique</b> <b>Essais électriques et essais non électriques</b>			
<b>Objet</b>	<b>Caractéristique mesurée ou recherchée</b>	<b>Principe de la méthode</b>	<b>Référence de la méthode</b>
Câbles d'Energie BT MT HT THT	Mesure de la résistance électrique des âmes conductrices	Mesure de la résistance électrique des âmes des conducteurs nus et câbles électriques à 20° C	CEI 60228:2004
	Allongement à chaud des enveloppes isolantes en PR.	Allongement maximal sous charge. Allongement permanent maximal, après refroidissement	CEI 60811-507 : 2012

**Portée fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes reconnues décrites dans la portée d'accréditation en les respectant strictement »**